PM-888-X

谷物水分测量仪

一直被恶意模仿、从未被超越，享誉半个世纪的水分仪

株式会社KETT科学研究所

谷物水分测量仪 PM-888-X

优点

KETT新一代防伪谷物水分测量仪器—— PM-888-X。
本测量仪是测量各种谷物(种子)水分和容重的仪器。将一定量的样品倒入本仪器，测量样品的重量、水分以及高频容量，通过内置微型计算机运算处理后显示“水分值、容重值（交替显示）”。
可测量的谷物种类，请参照【样品清单】。由于【样品清单】中的样品检测曲线已预先输入，因此，只需选择样品编号，就能很容易测量该样品。

规格

型　　号	PM-888-X
测 量 方 式	高频电容式（50MHz）
测 量 范 围	水分：0～40%（因样品种类而异） 容重：0～999g/L（参考值）
测 量 对 象	谷物等35个品种
样 品 容 量	240mL
使用温度范围	0～40°C
精　　度	〈水分〉 干燥法的标准误差为0.5%以下（水分低于20%的样品）
补 正 功 能	〈重量〉 通过内置电子天平 〈温度〉通过热敏电阻 〈位移补正（偏差补正）〉 -9.9～+9.9%
其 它 功 能	平均、电源自动关闭
显　　示	数字显示（LCD）
电　　源	1.5V电池(5号干电池) 4个
耗 电 量	240mW
尺寸和重量	125(W)×205(D)×215(H)mm，1.3kg
附　　件	料斗、自动料斗、自动料斗基座、杯子、刷子 1.5V电池(5号干电池) 4个、使用说明书

PM-888-X 测量样品列表

序号	中文品名	缩写	测量范围	标准误差	取样方法
01	小麦	WHEA	6-40%	0.5%(6-20%)	自动料斗
02	玉米	CORN	6-40%	0.5%(6-20%)	自动料斗
03	大豆	SOYB	6-30%	0.5%(6-20%)	自动料斗
04	大麦	BARL	6-40%	0.5%(6-20%)	自动料斗
05	绿豆	MUNG	6-30%	0.5%(6-20%)	自动料斗
06	高粱	SORG	6-30%	0.5%(6-20%)	自动料斗
07	油菜籽	CANO	6-30%	0.5%(6-20%)	自动料斗
08	花生米	PEAN	4-15%	0.5% (4-15%)	杯子
09	籼米	LRCE	9-20%	0.5%(9-20%)	自动料斗
10	籼稻	LPAD	8-35%	0.5%(8-20%)	自动料斗
11	粳米	SRCE	9-20%	0.5%(9-20%)	自动料斗
12	粳稻	SPAD	8-35%	0.5%(8-20%)	自动料斗
13	小米	MILL	6-30%	0.5%(6-20%)	自动料斗
14	小豆	ADZU	6-30%	0.5%(6-20%)	自动料斗
15	稻壳	RH	10-40%	0.5%(10-20%)	杯子
16	阿拉比卡绿咖啡	GCAR	4-25%	0.5% (4-20%)	杯子
17	罗布斯塔绿咖啡	GCRB	4-25%	0.5%(4-20%)	杯子
18	阿拉比卡干咖啡	PARA	4-40%	0.5%(4-20%)	杯子
19	罗布斯塔干咖啡	PARR	4-40%	0.5%(4-20%)	杯子
20	干咖啡生豆	DRYC	4-40%	0.5%(4-20%)	杯子
21	红茶和CTC茶叶(大尺寸)	BT B	0-15%	0.5%(0-15%)	杯子
22	小尺寸红茶和小粒粉茶	BT S	0-15%	0.5%(0-15%)	杯子
23	CTC茶	CTC	0-15%	0.5%(0-15%)	杯子
24	绿茶	GT	0-15%	0.5%(0-15%)	杯子
25	乌龙茶(低水分)	OOLL	1-20%	0.5%(1-20%)	杯子
26	乌龙茶(高水分)	OOLH	20-45%	0.5%(20-20%)	杯子
27	胡椒(黑)	BPEP	5-17%	0.5% (5-17%)	杯子
28	胡椒(红)	RPEP	5-17%	0.5% (5-17%)	杯子
29	胡椒(白)	WPEP	5-17%	0.5%(5-17%)	杯子
30	葵花籽(大)18mm以上	SUNL	6-30%	0.5%(6-20%)	杯子
31	葵花籽(中) 12~17mm	SUNM	4-20%	0.5% (4-20%)	杯子
32	葵花籽(小)11mm以下	SUNS	6-30%	0.5% (6-20%)	杯子
33	黑·金芝麻	BGSE	2-15%	0.5%(2-15%)	杯子
34	白芝麻	WHSE	2-15%	0.5% (2-15%)	杯子
35	脱壳芝麻	HSEM	2-15%	0.5%(2-15%)	杯子

选购件

农业测量仪器及相关设备

谷物和种子水分仪
Riceter fv888

连续式单粒水分仪
PT-2788

株式会社ケツト科学研究所
中国总代理 北京和信昌吉科技发展有限公司
地址 北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座622室
电话 010-64462809 13911731393 13718228855
http://www.kett.com.cn

微信公众号
kett水分仪

为了改良产品，有可能在没有预告的情况下变更规格和外观的一部分。
另外，产品的色调因为印刷的原因可能会与实物不同，请谅解。