Kett

SCIENCE OF SENSING

成分分析仪

成分分析仪
AN-920

通过触摸屏进行简单操作。
大米的成分分析。

株式会社KETT科学研究所

成分分析仪 AN-920

AN-920成分分析仪以无损的方式测量糙米及精米中的水分·蛋白质·直链淀粉等成分，并显示糙米·精米的“品质评价值”

AN-920成分分析仪是采用近红外光照射样品通过计算吸光度与各种成分间的线性关系给出结果的透射型近红外测量方式。本产品搭载了衍射光栅，可以高精度的分解波长，从而获取稳定的 测量结果。内置短粒糙米及短粒精米的标准曲线数据，可以立即进行测量，并将测量结果传输到打印机或者电脑。可以使用附属的标准样品轻松且正确地进行 测量、以及不可缺少的日常校准

AN-920还搭载了触摸屏使操作变得更加简单，而且，通过简化机构降低了产品的价格。

使用AN-920成分分析仪，有助于农户、大米加工厂和经销商客观、科学地进行品质管理。

■ 规格

测量方式	透过型近红外分光方式
光源	钨丝灯（寿命：20,000H）
测量对象	短粒糙米、短粒精米
测量成分	水分、蛋白质、直链淀粉（参考值）
测量范围	水分 10～20%、蛋白质 4～10%、直链淀粉（参考值）15～25%
样品量	约 60mL
标准曲线记忆数	4 成分×8 通道
测量时间	约 40 秒
操作环境	10～35℃、无结露
显示方式	5.7 英寸彩色液晶触控面板
输出输入端子	RS-232C、USB、TCP/IP
电源	AC100V～240V（50/60Hz）
耗电量	40W
尺寸、重量	230(W)×400(D)×250(H)mm、8.5kg
附件	电源线、样品盒×2、取样杯、备用保险丝、 标准样品（糙米×1、精米×1 ／保管容器）、操作说明书
选配件	打印机 VZ-800、数据管理软件「数据记录器 NDL-02」

●操作简单

①将样品装入样品盒，②按照屏幕指示放置样品盒，③进行按键操作，大约40秒完成成分分析。

●大屏触控面板

搭载了显示测量动作或放大显示结果的触摸屏式液晶画面。



标准仪器通过将测量对象缩小到2种，实现了低价格化。如果您需要其他测量对象，请在购买时选择测量对象。

■附件



■选配件

打印机VZ-800

■相关仪器

米质判定仪RN-700

糙米/精米白度仪C-600

株式会社ケツト科学研究所

中国总代理 北京和信昌吉科技发展有限公司

地址 北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座622室

电话 010-64462809 13911731393 13718228855

http://www.kett.com.cn

微信公众号

kett水分仪

为了改良产品，有可能在没有预告的情况下变更规格和外观的一部分。

另外，产品的色调因为印刷的原因可能会与实物不同，请谅解。