Kett

SCIENCE OF SENSING

水分分析仪

谷物和种子水分仪
Riceter fv888

株式会社KETT科学研究所

谷物和种子水分仪 Riceter fv888

优点

测量对象是 30 种样品。
易于查看，便于操作。
可以显示平均水分。
配备自动温度修正、自动谷温修正功能。

规格

型　　号	Riceter fv888
测量方式	电阻式
测量精度	#1-18：0.5%(SEC，范围为6-20%)，#19-K(30)：1.5%(SEC,范围为5-20%)在无异常电磁噪音的环境下*1
使用温度范围	0~40°C
显示方法	数码显示(带背光灯 LCD、最小显示行0.1%)
测量对象	短粒稻谷、短粒糙米、短粒精米、干燥中短粒稻谷、短粒糯稻、长粒糯稻、长粒稻谷、长粒糙米、长粒精米、大麦、小麦、玉米等 30 种
温度校正	利用热敏电阻自动进行温度校正
自动温度校正	测量单元和样品温度校正 注：样品温度校正适用于水分含量小于20%的样品
电　　源	1.5V(5号电池)x4
自动关机	闲置5分钟后
功　　率	最大0.3W
尺寸、重量	(仅主机)164(W)x94(D) x64.5(H)mm，约0.44kg
附属品	样品盘x2、带镊子样品匙x1、清扫用刷子x1、电池(1.5V)x4、包装盒x1、操作说明书x1、检验合格证x1
选配件	砻谷器TR-130、Riceter J·m·f checker

Riceter fv888 测量样品列表

序号	中文样品名	缩写	测量范围%	标准误差	取样
1	短粒稻谷	SPAD	11~30	0.5	1 层
2	短粒糙米	BR	11~20	0.5	1 层
3	短粒精米	WR	11~20	0.5	1 层
4	干燥中短粒稻谷	DPAD	11~20	0.5	1 层
5	短粒糯稻	SPAD	11~30	0.5	1 层
6	长粒糯稻	LSP	11~30	0.5	1 层
7	长粒稻谷	LPAD	10~35	0.5	1 层
8	长粒糙米	LBR	10~20	0.5	1 层
9	长粒精米	LMR	10~20	0.5	1 层
10	大麦	BARL	10~30	0.5	1 层
11	小麦	WHEA	10~30	0.5	1 层
12	玉米	CORN	9~25	0.5	2 粒
13	大豆	SOYB	9~20	0.5	5-6 粒
14	高粱	SORG	9~26	0.5	1 层
15	油菜籽	CANO	6~22	0.5	1 层
16	丁香	CLOV	9~25	0.5	1 层
17	燕麦	OATS	9~30	0.5	1 层
18	黄麻	JUTE	6~30	1.5	1 层
19	扁豆	LET	10~20	1.5	1 杯
A	黑豆	BLGR	8~20	1.5	1.5 杯
B	豇豆/牛豌豆	COWP	8~18	1.5	6-7 粒
C	草豌豆	GRAS	8~20	1.5	2 杯
D	木豆	PIGN	8~22	1.5	2 杯
E	芥末	MUST	5~18	1.5	1 杯
F	芝麻	SESA	5~18	1.5	1 杯
G	向日葵	SUNF	5~20	1.5	4-5 粒
H	辣椒籽	CHIL	5~20	1.5	1 杯
I	芫荽/香菜	CORI	6~19	1.5	2 杯
J	黑孜然/黑茴香	BLCM	5~16	1.5	1 杯
K	洋葱	ONIO	8~18	1.5	1 杯

实拍图

可选配件

砻谷器TR-130

Checker for Riceter

Kett

株式会社ケツト科学研究所

中国总代理 北京和信昌吉科技发展有限公司

地址 北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座622室

电话 010-64462809 13911731393 13718228855

http://www.kett.com.cn

微信公众号
kett水分仪

为了改良产品，有可能在没有预告的情况下变更规格和外观的一部分。
另外，产品的色调因为印刷的原因可能会与实物不同，请谅解。